

牛原代肝细胞

Primary Bovine Hepatocytes

(Cat# LV-PBH001/2)

(仅用于科学研究)

为确保实验人员安全及生物安全，请在接触本产品及其废弃物时佩戴防护口罩、乳胶手套以及防护眼罩（复苏时）等必要的防护用品，严格按照本说明书操作，实验结束后所产生的废弃物按照国家、省、市级相关法律法规，进行无害化处理，确保生物安全。

I 简介


立沃生物科技是一家专注于原代肝细胞分离、冻存与再生的国家高新技术企业。牛原代肝细胞分离自清洁级牛，细胞纯度高（>95%），经过多种测试，复苏后细胞活力高、贴壁能力强、极化（分化）形态明显，可广泛应用于基础生命科学研究以及药物研发中。

II 试剂与材料

- 牛原代肝细胞 (Cat# LV-PBH001/2)
- 复苏培养基（贴壁肝细胞需要，Cat#LV-Rec001）
- 纯化培养基（如需要，随细胞赠送）
- 铺板培养基（贴壁肝细胞需要，Cat#LV-WEP014）
- 维持培养基（贴壁肝细胞需要，Cat#LV-WEM014）
- 胶原包被板（贴壁肝细胞需要，Cat#LV-Coated）
- William's Medium E (WE) 培养基（悬浮肝细胞需要，客户自备）
- 非 TC 处理板（悬浮肝细胞需要，客户自备）
- 无菌 15mL 离心管
- 一次性移液管
- 宽口移液枪头（普通移液枪头剪去尖头，再灭菌使用）
- 移液枪
- 恒温水浴锅（37°C 预热，请用温度计校准温度）
- 冷冻水平离心机（带水平转子，可离 15mL 离心管）
- 生物安全柜
- 37°C/5%CO₂ 培养箱
- 75%酒精
- **重要提示：解冻时，冻存细胞转移必须使用液氮转移；在整个复苏实验过程中必须全程使用宽口枪头。**

III 悬浮细胞的复苏

1. 生物安全柜中，将 10mLWE 培养基加入到 15mL 离心管中，37°C 恒温水浴锅预热 20 分钟，然后转移到生物安全柜中待用；纯化培养基冰浴或 4°C 放置待用（如需要）；WE 培养基 37°C 预热。
2. 将冻存的肝细胞从液氮中迅速转移至 37°C 恒温水



- 浴锅中。将冻存管尽可能多的浸入水中（冻存管管盖保持在液面以上），于水中顺时针大范围划圈。
3. 解冻冻存管约 90~120s，至冻存管中只有小块碎冰漂浮即可。
 4. 用 75%酒精消毒冻存管，并将其转移到生物安全柜。
 5. 用宽口枪头将细胞吸出，并以滴加方式转移至 10mLWE 培养基（**注意：冻存管与枪头上残留细胞，可吸取 1mL WE 培养基润洗冻存管与枪头并将其混入离心管的培养基中**），轻微上下颠倒离心管 2-3 次混匀。
 6. 50g，常温离心 5 分钟。去上清，用 WE 培养基重悬，用台盼蓝排除法（ $V_{\text{细胞悬液}} : V_{0.4\% \text{ 台盼蓝}} = 9 : 1$ ，细胞活率使用血球计数板手工计数，勿用细胞计数仪；细胞总数使用细胞计数仪计数）测定肝细胞的活力、细胞总数，建议细胞总数检测 3 次，求取平均值；为节约时间，细胞活率检测 1 次。根据客户实验要求确定铺板密度和药物浓度，如做悬浮细胞代谢功能测试，推荐铺 12 孔板或 24 孔板，铺板密度为 1×10^6 cells/ml，1ml/孔（参考团体标准 T/CSCB 0008-2021）。
 7. 如果细胞活力低于 70%，可利用纯化培养基去除死细胞：将细胞悬液离心，100g 常温离心 5 分钟，去上清，用 2mL 纯化培养基（免费提供）重悬细胞，然后沿管壁向离心管小心加入 1mLWE 培养基（**切勿扰动下层，加入后可见明显分层**）；800g，4°C 离心 10 分钟（升速为 9，降速为 1），离心后，吸取纯化培养基和 WE 培养基之间的浑浊带（活细胞层），转移到新的 15mL 离心管中，加入 2 倍体积的 WE 培养基；混匀后，50g，常温离心 5 分钟；去上清，用 2mLWE 培养基重悬细胞，后续计数及铺板同第 6 步骤。

IV 贴壁细胞的复苏与铺板

1. 在生物安全柜中，将 10mL 复苏培养基（Cat#LV-Rec001）加入到 15mL 离心管中，37°C 恒温水浴锅预热 20 分钟，然后转移到生物安全柜中；纯化培养基冰浴或 4°C 放置待用（如需要）；铺板培养基 37°C

预热。

2. 将冻存的肝细胞从液氮中迅速转移至 37°C 恒温水浴锅中。将冻存管尽可能多的浸入水中（冻存管管盖保持在液面以上），于水中顺时针大范围划圈。
3. 解冻冻存管约 90-120s，至冻存管中只有小块碎冰漂浮即可。
4. 用 75% 酒精消毒冻存管，并将其转移到生物安全柜。
5. 用宽口枪头将细胞吸出，并以滴加方式转移至 10mL 预热的复苏培养基中（**注意：冻存管与枪头上残留细胞，可吸取 1mL 复苏培养基润洗冻存管与枪头并将其混入离心管的培养基中**），轻微上下颠倒 2-3 次混匀。
6. 得到的细胞悬液使用 50g，常温离心 5 分钟。去上清，用铺板培养基重悬，用台盼蓝排除法（ $V_{\text{细胞悬液}}:V_{\text{0.4\% 台盼蓝}}=9:1$ ，细胞活率使用血球计数板手工计数，**勿用细胞计数仪；细胞总数使用细胞计数仪计数**）测定肝细胞的活力、细胞总数，建议细胞总数检测 3 次，求取平均值；为节约时间，细胞活率检测 1 次。
7. 如细胞活力大于 70%，按照活细胞数 $1.2-1.5 \times 10^5 \text{ cells/cm}^2$ 铺板到胶原包被培养板，摇匀，置 37°C/5%CO₂ 培养箱中培养 16 小时。
8. 如细胞活力小于 70%，进行细胞纯化：将细胞悬液离心，100g，常温离心 5 分钟，去上清，用 2mL 纯化培养基（免费提供）重悬细胞，然后沿管壁向离心管小心加入 1mL 铺板培养基（**切勿扰动下层，加入后可见明显分层**）；800g，4°C 离心 10 分钟（升速为 9，降速为 1）离心后，吸取纯化培养基和铺板培养基之间的浑浊带（活细胞层），转移到新的 15mL 离心管中；加入 2 倍体积的铺板培养基，混匀后，50g，常温离心 5 分钟；去上清，用 4mL 铺板培养基重悬细胞。后续细胞计数及铺板同第 6，7 步骤。

- ❖ **重要提示：**为了达到理想的铺板效果，在细胞铺板时必须确保均匀，不能出现细胞聚集情况（肉眼可判断是否不均匀），否则细胞在聚集区密度过高导致不易贴壁；**建议 1：**将细胞悬液混匀后，再加入到培养孔中，无需摇匀，在安全柜中静置 10 分钟，确保细胞沉降并黏附在板底（肉眼观察是否有堆积情况），然后再小心转移至培养箱中；**建议 2：**在铺板 96 孔和 48 孔板时，由于孔板的边缘表面张力，导致“U”型液面，可将培养体系的培养基体积增加到 1.5-2 倍，无需摇匀，在安全柜中静置 10 分钟，确保细胞沉降并黏附在板底，然后再小心转移至培养箱中，防止细胞在边缘堆积，造成细胞贴壁出现边缘多中间少的情况。

V 肝细胞维持

1. 铺板培养 16 小时后，细胞已经完全贴壁，移除铺板培养基（含部分死细胞），加入维持培养基，且每 2

天换液 1 次。

2. 牛原代肝细胞具有有限的增殖能力，具有明显的接触抑制特性，且肝细胞的分化特性以及培养时间依赖于高密度的细胞培养。
3. 牛原代肝细胞体外维持时间相对较长，建议实验在铺板后 9 天内完成，最长不超过 11 天，不建议对牛肝细胞进行传代培养。

VI 关于售后

如您发现产品有任何质量问题，请您收集原始数据，并第一时间联系公司销售或者技术支持，公司安排人员保证售后。每个实验室条件不同，操作人员习惯不同，熟练程度不一样，实验失败存在客观因素。如未严格按照说明书操作、超过售后时限，公司不做售后，请老师理解与支持。

售后有效期与提供的原始数据：

复苏问题：立刻报告异常；提供台盼蓝染色或者 AO/PI 染色。

污染问题：复苏 96 小时以内；提供相差显微镜照片。

纯度问题：一个月内；提供免疫荧光或者流式结果。

VII 联系电话

公司电话：0755-28284050

技术支持：19902901483（周博士）